



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO, certifica que su producto **OXIDO NITROSO grado 2.7**, se encuentra conforme a la Norma Chilena NCH 2180 Tipo II, equivalente a Norma CGA G 8-2, cuya composición química responde a los parámetros de:

**N<sub>2</sub>O = 99.7 % mínimo (grado 2.7)**

CO	< 5 ppm
CO <sub>2</sub>	< 300 ppm
NH <sub>3</sub>	< 3 ppm
H <sub>2</sub> O	< 1 ppm
NO <sub>x</sub>	< 1 ppm
Cl	< 1 ppm

Ref.: NCH: Norma Chilena.  
CGA: Asociación de gases comprimidos, EEUU.



Laboratorio de Gases Especiales  
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO



INDURA trabaja bajo estándares internacionales de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente.

Soldaduras y Líquidos Criogénicos: ISO 9001-2000  
Gases para Alimentos: ISO 9001-2000 - HACCP  
Centro Técnico Indura: AWS  
Servicios de Laboratorio: ISO-17025  
SOLCON ISO 14001

Centro de Servicio al Cliente:  
600 600 3030  
[www.indura.net](http://www.indura.net)